

MR I 検査をご依頼される医療機関へ

単純撮影の場合

このような場合はMR I の検査をお受けできません

- ・ 心臓ペースメーカーを装着している場合
- ・ 動脈瘤クリニクを入れている場合（MR I 対応型の純チタンクリップなどの素材が確認できる物や塞栓術コイルについては、予約時にご連絡ください）
- ・ 金属製心臓人工弁や人工内耳を使用の場合

次のような場合は検査を中止させていただく場合があります

- ・ 手術や事故等により体内に金属が埋め込まれている場合（例：事故等で眼窩部にあった金属によって失明した事例あり）
- ・ 歯のインプラントの中には磁力の弱まるものがあります
- ・ 閉所恐怖症や過呼吸のある方（事前に患者に説明いただき了承を得てください）
- ・ 妊娠あるいはその可能性のある方（胎児に対する安全性が確立されていない事を説明し事前に判断してください）
- ・ 入れ墨やマスカラを付けている場合（染料には金属を含むものがあり、MR I 検査によって低温やけどの危険の可能性がある）
- ・ 頭部用可変式V-Pシャントを挿入している場合（手術を受けた病院で適切な再設定を行う必要があります）
- ・ 薬剤浸透絆創膏（ニトロダーム等）を着いている場合（金属の貼っているものがあり低温やけどの危険の可能性がある）
- ・ 心臓冠動脈ステントは挿入している場合
- ・

造影剤使用の場合

このような場合はMR I の造影検査をお受けできません

- ・ 上記対象の患者
- ・ 造影剤で以前に副作用があった場合
- ・ 気管支喘息（小児喘息を含む）や重篤な心臓・肝臓・腎臓障害がある場合

**※ 検査を受ける場合事前に当院指定の造影剤問診表が必要です
無い場合ご郵送させていただきますので地域医療連携室ご連絡ください**

佐々総合病院
放射線科
地域医療連携室
代表 042-461-1535